

EN 62353

Prüfung eines ME-Gerätes durch eine EFK = Elektro-Fach-Kraft

- X App starten
- X Bluetooth-Verbindung mit TOROX herstellen
- X Prüfablauf auswählen
- X Auftrags- und/oder Prüfnummer eingeben oder einscannen
- X Kamerasymbol anklicken, Foto aufnehmen und dem Ablauf hinzufügen
- X Sichtprüfung durchführen und bestätigen
- X Optionalen PE-Netzstecker für PE-Test in die erste 230 V Steckdose einstecken und PE-Test durchführen
- X Weiteren PE-Test anklicken und den PE-Netzstecker in die nächste 230 V Steckdose einstecken und PE-Test durchführen.
- X Diesen Vorgang solange wiederholen, bis alle 230 V Steckdosen mit PE getestet sind.
- X Am Ende wird ein Hochspannungsprüfung durchgeführt .
- X Protokoll wird automatisch erstellt
- X Protokoll kann eingesehen werden.